

JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN 2019

EL PERÓXIDO LLEGA AL CST. «UNA NUEVA EXPERIENCIA»



Raquel Gallego | rgallego@cst.cat
Consorci Sanitari de Terrassa
30 y 31 de mayo de 2019

ESTRUCTURA

- ✓ Introducción
- ✓ Objetivos
- ✓ Material y métodos
- ✓ Resultados
- ✓ Conclusiones
- ✓ Agradecimientos

Introducción

La incorporación de un nuevo autoclave de peróxido de hidrógeno a la RUMED del CST, como prueba piloto. Este modelo es el HPO50 de MATACHANA, con carga de esterilizante del 59% de concentración de H_2O_2 , llamado BLUKAT





Objetivo

Compartir la experiencia que esto ha supuesto para el servicio, ya que hasta ahora sólo se disponía de autoclaves de vapor




Material

Inclusión de nuevo material para la utilización de este sistema



Material



Método comparativo

Sistema previo

Envío semanal de instrumental y material a la empresa externa

Acúmulo del instrumental en cestas y bolsas en la zona intermedia

Solucions Integrades
i Serveis de Suport Sanitari

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (Q586143G)
CTRA. TORREBONICA S/N
08227 TERRASSA
BARCELONA
SPAIN
NIF: Q586143G
Tel. - Fax:

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (Q586143G)
CTRA. TORREBONICA S/N
08227 TERRASSA
BARCELONA
SPAIN
NIF: Q586143G
Tel. - Fax:

IMPORTE DE COBRAMENTS
CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (Q586143G)
CTRA. TORREBONICA S/N
08227 TERRASSA
BARCELONA
SPAIN
NIF: Q586143G
Tel. - Fax:

Document number: 07NVE18-000126
Data factura: 14-03-2018
Divisió: E1-B
Dne. Pagaments Inicials: 0,000
Dne. General: 0,000

Data valor: 11-03-2018
Despeses: ESTRUCTURA ESTERILITZACIO

Adhar origin	Data subra	Article	Descripció	Quantitat facturada	Preu	% Impost	Import net
07NVE18-001893 / 1276031	05-03-2018		BOSSES O.E.	91,00			
07NVE18-001897 / 1276051	05-03-2018	E1-CO	CARREGA O.E.	1,00	116,7992	21,00	116,76
07NVE18-001898 / 1276051	05-03-2018	E1-MO	1/2 CARREGA O.E.	1,00	58,3788	21,00	58,18
07NVE18-002040 / 1280621	12-03-2018		BOSSES O.E.	100,00			
07NVE18-002040 / 1280621	12-03-2018	E1-CO	CARREGA O.E.	1,00	116,7992	21,00	116,76
07NVE18-002262 / 1285221	19-03-2018		BOSSES O.E.	101,00			
07NVE18-002262 / 1285221	19-03-2018	E1-CO	CARREGA O.E.	1,00	116,7992	21,00	116,76
07NVE18-002477 / 1289911	26-03-2018		BOSSES O.E.	130,00			
07NVE18-002477 / 1289911	26-03-2018	E1-CO	CARREGA O.E.	1,00	116,7992	21,00	116,76
07NVE18-002477 / 1289911	26-03-2018	E1-MO	1/2 CARREGA O.E.	1,00	58,3788	21,00	58,18
07NVE18-002616 / 1292981	29-03-2018		BOSSES O.E.	86,00			
07NVE18-002616 / 1292981	29-03-2018	E1-CO	CARREGA O.E.	1,00	116,7992	21,00	116,76

Impostos

Descripció	Base imposable	% Impost	Quota Impost
Nacional ordinario	700,56	21,00	147,12
Total factura			847,65

07NVE18-000126


Condicion de cobraments

Tipus Efecte	Data venciment	Import	IBAN
Transferencia	25-08-2018		847,650 ES85 0182 6035 4101 0150 7646


Regime Mercantil de Barcelona. Volum 41236, Foli 125, Foli B-44979, Inscrit 04

Pàgina 1 - 1


Sistema Organizativo



Tener una previsión del material a enviar a la empresa externa



No poder disponer de él, en ocasiones hasta una semana



Inversión económica mensual a empresa externa

Método comparativo

Sistema actual

CST CONSORCI SANITARI DE TERRASSA FUNDACIÓ D' JERONIMEN


DATA ESTERILITZACIÓ: 16.5.15
LLOC ESTERILITZACIÓ: 70111

ESPESOR MM: 1.5


QUANTITAT	MATERIAL DE INSTRUMENTAL	QUANTITAT
	TUBS COARUGATS + PEUJETS DE COLON	
2	SCAPULOC LONG	
	ORL	
	ORL PEDIATRIC	
	COI	
	ORL	
	CABLE COINZACIO	
	SONDES COINZACIO	
	OPT	
	FRIGIDOR: VITRE	
	LENT VITRECIANA	
	LENT + PLANA VITREC	
	LENTS SUPERMACULA	
4	LA DEA TUBERANT	
	ORL	
	PLÀSTICA	
	IMPLANTS DE PISCUA (BAMA)	
	NASCULAR	
	GARNETS	
	MATERIAL GENERAL	
	BOSES BLANQUE I TRANSPARENTS	
	CABLE COAL MONOPOLAR LAPAROSCOPIA	
	DOIFICACIONS	
	HOSPITALITZACIÓ	
	PLANTES	
	4 MASCARETES CPAP	
	TUBS COARUGATS	
	281 MASCARETES CPAP	
	TUBS COARUGATS	
	HOSPITAL DE DIA	
	MASCARETES CPAP	
	TUBS COARUGATS	
	U.C.I	
	TUBS COARUGATS	
	URGÈNCIES	
	MASCARETES	
	TUBS COARUGATS	
	ALTRES SERVEIS	
	CONSULTES EXTERNES	
	ICAR	
	ENDOSCOPIS	
	PRICES	2
	FARMÀCIA	
	NERINGUES	
	BOSES PETITES	
	R.X	
	R.H.B	
	SONDES RECTALS	
	SONDES VAGINALS	

Disponer de la hoja de carga para organizar la esterilización de la totalidad del instrumental


Sistema Organizativo



Ser autónomos en la gestión del instrumental, elaborando un plan de trabajo



Mantener una mejor trazabilidad del mismo



Elaborar un manual de uso, que facilite el manejo del equipo

Conclusiones

- Tras varios meses de prueba, podemos concluir que la experiencia de disponer de este autoclave ha sido positiva
- Nos ha permitido gestionar el instrumental del bloque quirúrgico y externo de forma independiente
- Mantener la trazabilidad del mismo
- Poder dispensar el material de forma más ágil y rápida
- Aprender y practicar un nuevo sistema de esterilización

Agradecimientos

- » Cati Méndez (Coordinadora del Ámbito Quirúrgico)
- » Equipo de trabajo CST
- » Pilar Arrufat (enfermera responsable y jubilada)

EQUIPO RUMED CST !!!!



!!! GRACIAS !!!